

Świnoujście, 25.01.2024 r.

Zamawiający:

Uzdrowisko Świnoujście S.A.

ul. Nowowiejskiego 2

72-600 Świnoujście

Wyjaśnienia i zmiana treści SWZ

Dotyczy: dostawa i montaż 3 sztuk urządzeń do suchego hydromasażu, nr postępowania:
ZP/UŚ ZP/UŚ/H/01/2024

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, wykonawca zwrócił się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie oraz zmianę treści SWZ.

W związku z powyższym zamawiający udziela następujących wyjaśnień i odpowiedzi oraz na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, wprowadza zmiany treści SWZ:

Pytanie nr 1

Zwracamy się do Zamawiającego z zapytaniem, czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenia do suchego hydromasażu, które wymagają doprowadzenia instalacji wodno-kanalizacyjnej do pomieszczenia, w którym będą się znajdowały urządzenia? Przyłącze zimnej wody i odpływ są konieczne, aby zapewnić chłodzenie wody w obiegu zamkniętym w urządzeniach, tak aby mogły pracować 24 godziny na dobę, bez koniecznych przerw na chłodzenie

Odpowiedź:

Z uwagi na fakt, że niektóre urządzenia do suchego hydromasażu wymagają przyłącza zimnej wody i odpływ aby zapewnić chłodzenie wody w obiegu zamkniętym, zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenia do suchego hydromasażu, które wymagają doprowadzenia instalacji wodno-kanalizacyjnej do pomieszczenia, w którym będą się znajdowały urządzenia

Pytanie nr 2:

Czy Zamawiający dopuści aparat o nie gorszych, niższych parametrach

wymiary (dł. x szer. x wys.) ok. 2120 x 1040 x 640 mm

waga pełnego urządzenia z wodą 450 kg

zasilanie elektryczne ok. 230 V; 50 Hz; 2,5 kW

przyłącze wody zimnej DN 15 (do chłodzenia)

przyłącze kanalizacyjne DN 32 (do chłodzenia)

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza urządzenie do suchego hydromasażu o następujących parametrach
długość 212-235

szerokość 104-110

Pytanie nr 3 :

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji z 3 do 8 tygodni

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu realizacji zamówienia.

Pytanie nr 4:

dotyczące parametru: „brak konieczności dostępu do sieci wodociągowej (woda w obiegu zamkniętym nie wymaga dostępu do sieci wodociągowej).” • Czy wymóg ten dotyczy także chłodzenia urządzenia, tj. chłodzenia bez konieczności dostępu do sieci wodociągowej?

Odpowiedź: ten wymóg nie dotyczy chłodzenia urządzenia

Pytanie nr 5:

dotyczące parametru „możliwość programowania na karty chipowe” • Czy Zamawiający dopuści możliwość programowania i zapisu programów w pamięci urządzenia, bez konieczności używania kart chipowych?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści możliwość programowania i zapisu programów w pamięci urządzenia, bez konieczności używania kart chipowych?

Pytanie nr 6:

dotyczące parametru „możliwość przeprowadzenia masażu na następujących obszarach (min. 5): całe ciało, plecy, nogi, obręcz barkowa, odcinek lędźwiowy. • Czy obszar nóg ma obejmować stopy?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści zarówno te urządzenia, które obejmują i nie obejmują obszaru stóp.

Pytanie nr 7:

dotyczące parametru „możliwość wybrania następujących rodzajów masażu (6-8 technik masażu) m.in.: równoległy, pulsacyjny, okrężny, przeciwbieżny, punktowy, wyciskający wzdłuż kręgosłupa. • Czy Zamawiający dopuści urządzenie wykonujące następujące techniki masażu: rozcieranie, ugniatanie, ugniatanie szeroko, naciskanie, oklepywanie, wyciskanie, ruch ciągły wzdłuż kręgosłupa?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści urządzenia, które wykonują następujące techniki masażu: rozcieranie, ugniatanie, ugniatanie szeroko, naciskanie, oklepywanie, wyciskanie, ruch ciągły wzdłuż kręgosłupa

Pytanie 8 dotyczące parametrów: „wysokość urządzenia umożliwiająca korzystanie z zabiegów dla osób mniej sprawnych ruchowo oraz starszych” oraz „wymiary urządzenia: długość 215-235 cm, szerokość 105-110 cm, wysokość 57-67 cm”. • Czy zamawiający dopuści urządzenie, którego wysokość w miejscu przeznaczonym do siadania i wstawania wynosi 50 cm?

Odpowiedź :

Zamawiający dopuści urządzenia do suchego hydromasażu którego wysokość w miejscu przeznaczonym do siadania i wstawania wynosi 50 cm.