

Świnoujście, 16.05.2024 r.

Zamawiający:

Uzdrowisko Świnoujście S.A.

ul. Nowowiejskiego 2

72-600 Świnoujście

Wyjaśnienia treści SWZ

Dotyczy: dostawa i montaż 3 sztuk urządzeń do suchego hydromasażu, nr postępowania: ZP/UŚ/H/05/2024

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, wykonawca zwrócił się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie oraz zmianę treści SWZ.

W związku z powyższym zamawiający udziela następujących wyjaśnień i odpowiedzi oraz na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, wprowadza zmiany treści SWZ:

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenia do suchego hydromasażu, które wymagają doprowadzenia instalacji wodno-kanalizacyjnej do pomieszczenia, w którym będą się znajdowały urządzenia ? Przyłącze zimnej wody i odpływ są konieczne, aby zapewnić chłodzenie wody w obiegu zamkniętym w urządzeniach tak, aby mogły pracować 24 godziny na dobę, przy czym średnie zużycie wody na godzinę do chłodzenia wynosi ok. 10 litrów zimnej wody przy maksymalnej eksploatacji urządzenia. Dzięki temu rozwiązaniu urządzenie nie pobiera dodatkowo zasilania elektrycznego niezbędnego do pracy zintegrowanego systemu chłodzenia, które pracuje bez podłączenia do wody.

Odpowiedź:

Z uwagi na fakt, że niektóre urządzenia do suchego hydromasażu wymagają przyłącza zimnej wody i odpływ aby zapewnić chłodzenie wody w obiegu zamkniętym, zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenia do suchego hydromasażu, które wymagają doprowadzenia instalacji wodno-kanalizacyjnej do pomieszczenia, w którym będą się znajdowały urządzenia

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający dopuści urządzenia do suchego hydromasażu, w których poza godzinami pracy urządzenia grzałka jest w stanie „czuwania” tj. podtrzymuje zadaną temperaturę wody w urządzeniu ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści.

Pytanie 3

Czy Zamawiający wymaga, aby urządzenie do suchego hydromasażu było napełnione podczas montażu tylko raz bieżącą zimną wodą bez konieczności wymiany tej wody co 12 miesięcy ?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wymaga.

Pytanie 4

Czy Zamawiający dopuści możliwość programowania i zapisu programów w pamięci urządzenia, bez konieczności używania kart chipowych?

Odpowiedź:

Tak Zamawiający dopuści.

Pytanie nr 5

dotyczące parametru „maksymalne obciążenie urządzenia – 150 kg • Czy Zamawiający dopuści maksymalne obciążenie 140 kg?

Odpowiedź:

Tak Zamawiający dopuści.

Pytanie nr 6

dotyczące parametru „możliwość wybrania następujących rodzajów masażu (6-8 technik masażu) m.in.: równoległy, pulsacyjny, okrężny, przeciwbieżny, punktowy, wyciskający wzdłuż kręgosłupa. Czy Zamawiający dopuści urządzenie wykonujące następujące techniki masażu: rozcieranie, ugniatanie, ugniatanie szeroko, naciskanie, oklepywanie, wyciskanie, ruch ciągły wzdłuż kręgosłupa oraz masaż uciskowy stóp?

Odpowiedź:

Tak Zamawiający dopuści.

Pytanie nr 7

dotyczące parametru „całkowity pobór mocy 3000 Wat”. • Czy Zamawiający dopuści urządzenie gdzie pobór mocy jest zależny od wybranego poziomu intensywności masażu i wynosi: • poziom masażu 1 - 824 W • poziom masażu 2 - 975 W • poziom masażu 3 - 1470 W • poziom masażu 4 - 1854 W • poziom masażu 5 - 2240 W • poziom masażu 6 - 3347 W?

Odpowiedź:

Tak Zamawiający dopuści.

Pytanie nr 8

dotyczące parametrów: „wysokość urządzenia umożliwiającą korzystanie z zabiegów dla osób mniej sprawnych ruchowo oraz starszych” oraz „wymiarzy urządzenia: „długość 212-235 cm, szerokość 80-110 cm, wysokość 50-60 cm.” • Czy zamawiający dopuści urządzenie, o wymiarach: • długość 229 cm, • szerokość 82 cm • wysokość w miejscu przeznaczonym do siadania i wstawania przez pacjenta, wynosi 50 cm, • wysokość przy uchwytach dla pacjenta 65 cm • panel sterujący zamontowany na wysokości 80 cm - 107, 5 cm, dla zapewnienia ergonomii obsługi?

Odpowiedź:

Tak Zamawiający dopuści.

Pytanie nr 9

Czy zamawiający dopuści łóżko do suchych masażu opisane poniżej:

Wymiary urządzenia (dł. x szer. x wys.) [mm] 2.130 x 1.073 x 530

Waga pustego urządzenia [kg] 193

Waga urządzenia wypełnionego wodą [kg] 523

Powierzchnia leża [mm] 1.950 x 810

Możliwość personalizacji strony wejściowej i strony głównej tak

System chłodzenia tak

Objętość wody [l] 330

Liczba dysz 2

Aktywacja dysz oddzielna (lewa/prawa)

Ciśnienie dysz 2 x 7,4 Bar

Płynna regulacja ciśnienia za pomocą technologii FU Tak

Korpus dyszy wykonany z wysokiej jakości metalu tk

Ramiona rozpylaczy wykonane z wysokiej jakości metalu Tak

Aktywacja rozpylaczy oddzielna (lewa/prawa)

Wysokiej jakości podwozie aluminiowe z mechanizmem jezdny i regulacją wysokości tak

Interfejs LAN tak

Interfejs dla systemów rozliczeniowych tak

Interfejs dla urządzeń (np. światło i muzyka) tak

Zintegrowany system grzewczy tak

Temperatura wody [°C] 18-40 (programowalna)

System chłodzenia opcjonalnie (woda/powietrze)

Maksymalna waga pacjenta [kg] 210

Maksymalny czas użytkowania [min] 60

Zasilanie 230V, 50Hz, oddzielny bezpiecznik 16A

Certyfikacja dla wyrobu medycznego klasa IIa

Testowane pod kątem kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) -tak

Oznakowanie CE-tak

Odpowiedź

Nie, Zamawiający nie dopuści