

Świnoujście 30.03.2026 r.

**Wykonawcy
uczestniczący w postępowaniu**

Znak sprawy: ZP/UŚ/ZPL-S/03/2026

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na: „Dostawa urządzeń medycznych do wyposażenia bazy zabiegowej w ZPL Senator”

Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „ustawą”, przekazuje wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami.

Dot. Załącznika nr 9b - Aparat do laseroterapii

Pytanie 1: Czy Zamawiający uzna za spełnienie wymogu w zakresie parametru „Licznik wykonanych zabiegów” urządzenie wyposażone w funkcję „Historia zabiegów”, która zapewnia pełny wgląd w rejestr przeprowadzonych zabiegów, w tym ich rodzaj oraz czas trwania?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuści takie urządzenie.

Pytanie 2: Czy w zakresie parametru „Funkcja powtórzeń dawki” Zamawiający dopuści urządzenie, które po zakończeniu cyklu automatycznie przywołuje ostatnio stosowane nastawy (dawka i czas) w trybie gotowości, umożliwiając bezzwłoczne rozpoczęcie kolejnej emisji bez konieczności ponownego wprowadzania danych?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuści takie urządzenie.

Pytanie 3: Czy Zamawiający dopuści urządzenie z automatyczną blokadą emisji laserowej w przypadku wykrycia nieprawidłowych parametrów pracy sondy, rezygnując z wymogu posiadania zewnętrznego/wbudowanego gniazda testowego?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuści takiego urządzenia.

Pytanie 4: Czy Zamawiający dopuści sondę pryzmicową R+IR o mocy 1000 mW i długości fali 685/830 nm z ramieniem mocowanym do stolika, co daje możliwość pracy bezobsługowej i zastępuje skaner?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuści takiego urządzenia.

Pytanie 5: Czy Zamawiający dopuści mobilny stolik pod aparat z sześcioma półkami oraz kółkami z funkcją blokady

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuści taki stolik.

Dot. Załącznika nr 9d - Aparat do magnetoterapii (zestaw)

Pytanie 1: Czy Zamawiający dopuści aplikator 300 mm z nową technologią FMF (Technologia skoncentrowanego pola magnetycznego) przez co indukcja magnetyczna jest skupiona na obszarze zabiegowym bez oddziaływania i wpływu na fizjoterapeutę?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuści takie urządzenie.

Pytanie 2: Czy Zamawiający dopuści aplikator 600 mm z nową technologią FMF (Technologia skoncentrowanego pola magnetycznego) przez co indukcja magnetyczna jest skupiona na obszarze zabiegowym bez oddziaływania i wpływu na fizjoterapeutę?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuści takie urządzenie.

Dot. Załącznika nr 9i - Aparat do krioterapii

Pytanie 1: Czy Zamawiający dopuści urządzenie w którym temperatura strumienia powietrza u wylotu dyszy jest stała i wynosi -35°C co istotnie wpływa na szybkość obniżenia temperatury tkanek głębiej położonych ?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuści takie urządzenie.

Dot. Załącznika nr 9f - Urządzenie do masażu wirowego kończyn górnych

Pytanie 1: Czy Zamawiający dopuści system masażu wirowego o ilości 10 dysz?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuści takiego urządzenia.

Pytanie 2: Czy Zamawiający dopuści urządzenie bez systemu odkamieniania?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuści takiego urządzenia.

Pytanie 3: Czy Zamawiający dopuści wyposażenie: słuchawka prysznicowa bez regulacji siły masażu poprzez napowietrzanie?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuści takiego urządzenia.

Dot. Załącznika nr 9g - Urządzenie do masażu wirowego kończyn dolnych.

Pytanie 1: Czy Zamawiający dopuści system masażu z 16 dyszami?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuści takiego urządzenia.

Pytanie 2: Czy Zamawiający dopuści urządzenie bez systemu odkamieniania wody sterowanego elektronicznie?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuści takiego urządzenia.

Pytanie 3: Czy Zamawiający dopuści wyposażenie: słuchawka prysznicowa bez regulacji siły masażu poprzez napowietrzanie?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuści takiego urządzenia.